

**AVVISO ESPLORATIVO****INDAGINE DI MERCATO SVOLTA AL FINE DI INDIRE UNA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI UNA COLONNA MULTIDISCIPLINARE****CHIRURGIA – GINECOLOGIA – UROLOGIA E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA ASST DI VIMERCATE**

L'appalto in oggetto è finanziato nei Fondi messi a disposizione con DGR XI/2468 del 18.11.2019, quota indistinti

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	ore 16:00 25/06/2020
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	ore 12:00 15.06.2020
TERMINE ULTIMO PER LA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO	18/06/2020
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Direttore U.O.C. Approvvigionamenti Dott.ssa Maria Rosa Digiovinazzo.
Stazione appaltante:	ASST di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10 – 20871 Vimercate.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito della ASST di Vimercate <http://www.asst-vimercate.it/web/> nella sezione "Servizi al Cittadino", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti_Avvisto di preinformazione".

Si ricorda che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati a presentare la propria offerta.

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorativa, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Si fa presente che gli operatori economici interessati alla procedura di affidamento potranno essere invitati alla successiva procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 previa registrazione sulla piattaforma SINTEL e qualificazione per l'ASST di Vimercate alla categoria CPV "33100000-1 Apparecchiature mediche" (corrispondente al codice ATECO C 26.6).

Si chiede pertanto di attestare nella manifestazione di interesse di impegnarsi (entro la data del 25.06.2020) a registrarsi sulla piattaforma SINTEL e a qualificarsi per l'ASST di Vimercate alla categoria CPV "33100000-1 Apparecchiature mediche" (corrispondente al codice ATECO C 26.6).

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

L'ASST di Vimercate ha ravvisato la necessità di selezionare un contraente a cui affidare la **fornitura di UNA COLONNA MULTIDISCIPLINARE CHIRURGIA – GINECOLOGIA – UROLOGIA E DEL MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA ASST DI VIMERCATE.**

IL MATERIALE DI CONSUMO RIGUARDA INSUFFLATORE CO2 E ASPIRATORE FUMI



CIASCUN CONCORRENTE NELLA EVENTUALE FUTURA PROCEDURA DI GARA (AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. B DEL DLGS 50/2016) AVRA' LA POSSIBILITA' DI OFFRIRE MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO O PLURIUSO.

DURATA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO: 12 MESI

NUMERO DI INTERVENTI: STIMATI 520 INTERVENTI/ANNO

BASE D'ASTA:

BASE D'ASTA COLONNA € 100.000,00 IVA esclusa

BASE D'ASTA MATERIALE DI CONSUMO PER 12 MESI PARI A CIRCA 520 INTERVENTI/ANNO € 50.000,00 IVA esclusa

BASE D'ASTA COMPLESSIVA € 150.000,00 IVA esclusa

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME COLONNA MULTIDISCIPLINARE

CHIRURGIA – GINECOLOGIA – UROLOGIA520

Monitor

monitor con tecnologia 4K medicale circa 55" alloggiato su stativo dedicato o su colonna
ampia gamma di colori supportati
immagini chiare e ad alto contrasto
impostazioni personalizzate (es. bilanciamento colori, luminosità, contrasto, picture in picture etc)

Videoprocessore

acquisizione del segnale 4K UHD nativo
pannello di comando e controllo di utilizzo immediato ed ergonomico
memorizzazione di impostazioni personalizzate (profili utente)
programmi per varie specialità cliniche
imaging a fluorescenza con verde indocianina
bilanciamento automatico del bianco
zoom ottico/digitale, regolazione del colore, miglioramento dei dettagli

Testa Telecamera

elaborazione digitale delle immagini all'interno della testina
leggera ergonomica
sistema di aggancio e sgancio rapido dell'ottica
possibilità di utilizzo di ottiche di produttori diversi senza adattatori
pulsanti programmabili per controllo remoto periferiche video

Fonte luce

LED ad alta efficienza
imaging a fluorescenza con verde indocianina
regolazione della luce automatica e manuale
collegamento di cavi luce di varie marche presenti in commercio preferibilmente senza adattatori



Insufflatore Co2

ad elevate prestazioni con flusso almeno pari a 40 l/min con sistema di riscaldamento
dotato di vari programmi
pannello di comando e controllo di utilizzo immediato ed ergonomico
allarmi di sicurezza
collegamento a bombola o sistema centralizzato

Evacuazione fumi

Sistema di registrazione e archiviazione immagini stand alone o integrato
registrazione immagini e video ad alta risoluzione con possibilità di esportazione dati in formato standard
comando anche attraverso la telecamera

Carrello

destinato all'alloggiamento del sistema offerto
ergonomico, con ruote orientabili, antistatiche e dotate di freno
almeno 3 ripiani regolabili
cassetto, asta porta sacche
trasformatore di isolamento idoneo ad alimentare tutte le apparecchiature alloggiato sul carrello

Ottiche

n°2 ottiche ad alta definizione dedicate all'imaging anche con verde indocianina 0° 10 mm
complete di cavo luce e cassetta;
n°2 ottiche ad alta definizione dedicati all'imaging anche con verde indocianina 30° 10mm mm,
complete di cavo luce e cassetta.

La fornitura dovrà includere i cavi di alimentazione, i cavi di collegamento tra i vari componenti, i raccordi e tutti gli accessori necessari a rendere funzionale e funzionante l'intero sistema (es. tubo collegamento impianto CO2, etc)

GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA (REQUISITI MINIMALI)

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per la durata di 12 mesi a decorrere dal collaudo con esito positivo, garanzia contro difetti di fabbricazione, assistenza tecnica e manutenzione full risk (comprensiva anche di materiale soggetto ad usura e di consumo, parti di ricambio, accessori, costo per il personale tecnico e spese di viaggio) di tutto quanto fornito, delle apparecchiature, strumenti e degli accessori. L'assistenza dovrà coprire tutti i difetti di costruzione e i guasti dovuti all'utilizzo e agli eventi accidentali non riconducibili direttamente a dolo degli operatori.

In particolare, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare quanto di seguito descritto:

- manutenzione programmata secondo manuale d'uso, comprensiva di tutto il materiale (ricambi ed eventuale materiale soggetto ad usura e di consumo) e degli altri oneri (manodopera, ore di viaggio, diritto di chiamata, etc) necessari all'effettuazione dell'attività manutentiva;
- sostituzione delle parti deteriorate;



- sostituzione delle apparecchiature o parti di esse qualora, nonostante gli interventi manutentivi, si registri una persistente inoperatività o decadimento delle prestazioni;
- verifiche periodiche di sicurezza elettrica;
- controlli funzionali, di qualità, tarature, calibrazioni;
- interventi di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria illimitati con risoluzione del guasto entro 5 giorni lavorativi dalla chiamata, comprensiva di tutto il materiale e degli altri oneri (manodopera, ore di viaggio, diritto di chiamata, etc);
- fornitura di apparecchi sostitutivi qualora il guasto si protragga oltre i 5 giorni lavorativi dalla chiamata (quindi a partire dal sesto giorno);
- fornitura di tutto il materiale di ricambio necessario;
- aggiornamento tecnologico dei dispositivi software e hardware forniti;
- riconfigurazione e reinstallazioni software e hardware, se necessari;
- se richiesto dall'ASST, per la durata contrattuale, ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- assistenza telefonica;
- addestramento all'utilizzo

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE (REQUISITI MINIMALI)

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare le apparecchiature presso il Presidio Ospedaliero di Vimercate e provvedere alla relativa attivazione entro 30 giorni solari dall'aggiudicazione, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante. L'inosservanza del termine comporterà l'applicazione delle penalità descritte negli atti di gara.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere esattamente conformi a quelle presentate in sede di gara.

Il giudizio dell'accettabilità o meno dell'apparecchiatura è riservato al personale competente. L'accettazione della apparecchiatura non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

L'attività di consegna ed installazione dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, collegamento/allacciamento alle reti, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale.

COLLAUDO APPARECCHIATURE (REQUISITI MINIMALI)

La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo delle apparecchiature, da effettuarsi entro 30 giorni solari dall'aggiudicazione, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante, alla presenza dell'incaricato del Fornitore, e del personale all'uopo incaricato dalla ASST.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito Verbale.

Il collaudo è teso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

In particolare, in sede di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- consegnare il manuale d'uso ed il manuale tecnico, entrambi in lingua italiana in formato elettronico e cartaceo;
- consegnare codici di accesso, password e licenze software;
- fornire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;



- programmare, previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica e con il personale dell'Unità Operativa interessata, la formazione all'utilizzo a favore di tutti gli operatori per il tempo necessario alla loro completa formazione;
- fornire dettagliato calendario delle attività di manutenzione preventiva

Il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura e i suoi componenti risultino verificati ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo, il Fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla notifica di esito negativo, pena l'applicazione delle penali descritte negli atti di gara. L'esito positivo del collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.

L'ASST si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dell'apparecchiatura con quanto dichiarato e offerto dal Fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

CLAUSOLA DI ADESIONE – FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

Entro 12 mesi dalla delibera di aggiudicazione disposta dalla ASST di Vimercate, le seguenti Aziende:

- facenti parte dell'Unione ASST: ATS Brianza-Pavia:
ASST di Lecco
ASST di Monza
ASST di Pavia
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia
La stessa ASST di Vimercate;

- e la ASST Fatebenefratelli Sacco

potranno procedere all'adesione della fornitura, oggetto della presente procedura, al prezzo offerto in gara, anche nel caso di mancata partecipazione alla gara. L'adesione da parte delle ASST suindicate potrà comportare un aumento del valore complessivo del contratto stipulato in forza della presente procedura per un importo non superiore alla concorrenza di € 213.000,00 iva esclusa.

L'adesione comporterà gli obblighi contrattuali previsti nelle regole di gara. In particolare, la durata del contratto scaturente dall'adesione postuma agli esiti della procedura di gara, non potrà eccedere quella dedotta nella determinazione di aggiudicazione dell'Amministrazione capofila.

La ASST di Vimercate, per qualsivoglia titolo o ragione, non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si stabiliranno tra l'aggiudicatario e la ASST contraente, restando la ASST di Vimercate, del tutto estranea in merito.

All'aggiudicatario è riconosciuta la facoltà di non accettare l'istanza di adesione



Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo dell'eventuale clausola di adesione successiva è pari ad € 213.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

E' da intendersi esplicita la clausola di equivalenza ai sensi dell'art. 68 del D.lgs 50/2016



Ed invero, affinché una ditta partecipante alla procedura selettiva possa avvalersi della clausola di equivalenza di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i al fine di poter validamente formulare una offerta non esattamente rispondente alle specifiche della lex specialis, ma ciò nonostante idonea ad assicurare alla stazione appaltante le prestazioni richieste, è necessario che nell'offerta tecnica della procedura ex art. 36 comma 2 lett. B D.LGS. 50/2016 alla quale il concorrente sarà eventualmente invitato venga fornita la prova che la prestazione o il bene ivi proposti abbiano caratteristiche equivalenti a quelle oggetto di gara.

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.lgs 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti nel successivo paragrafo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale;

REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla procedura che seguirà l'indagine di mercato, di cui al presente avviso, i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del DPR n. 445 del 2000:

1) Requisiti Amministrativi

Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

2) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente per territorio.

Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito inserendo la relativa documentazione dimostrativa ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

3) Requisiti di capacità tecnica

Elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Nota: Il requisito è richiesto al fine di selezionare soggetti dotati di adeguata esperienza per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.



- **4)** Il concorrente che avrà dichiarato di impegnarsi entro il termine del **25.06.2020** a Registrarsi alla piattaforma telematica Sintel e a qualificarsi per la ASST di Vimercate alla categoria **CPV "33100000-1 Apparecchiature mediche" (corrispondente al codice ATECO C 26.6).**

Nota: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 1) 2) e 3) saranno dettagliatamente dichiarati dall'operatore economico in sede di eventuale presentazione dell'offerta.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE

I quesiti dovranno pervenire al seguente indirizzo pec: gare@pec.asst-vimercate.it entro il giorno 15.06.2020 ore 12:00 (L'e.mail sopracitata inviata via pec dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: **"QUESITI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UNA COLONNA MULTIDISCIPLINARE CHIRURGIA – GINECOLOGIA – UROLOGIA E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA ASST DI VIMERCATE"**,

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 18/06/2020 mediante pubblicazione sul sito internet della ASST di Vimercate <http://www.asst-vimercate.it/web/> nella sezione "Servizi al Cittadino", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti_Avviso di preinformazione" della presente procedura. A tal fine è onere dell'operatore economico tenere costantemente monitorato il sito sopra indicato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione di seguito richiesta **entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 25/06/2020** al seguente indirizzo pec: gare@pec.asst-vimercate.it

(nota: l'e.mail inviata via pec dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UNA COLONNA MULTIDISCIPLINARE CHIRURGIA – GINECOLOGIA – UROLOGIA E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA ASST DI VIMERCATE"**,");

- **Manifestazione di interesse.** L'istanza dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A, Facsimile istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona delegata ad impegnare l'offerente.
- Eventuale dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti, resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona delegata ad impegnare l'offerente, nella quale il concorrente dichiara di avvalersi della clausola di equivalenza di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e attesta l'equivalenza del proprio prodotto rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nella legge di gara.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

- a) OFFERTA ECONOMICA: max 30/100 punti**
- b) OFFERTA TECNICA: max 70/100 punti**



CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'affidamento avverrà mediante procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b. del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, previa consultazione, ove esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato.

Saranno invitati a presentare offerta, ove esistenti, almeno cinque operatori economici, tra quelli che avranno manifestato interesse risultati idonei in ragione dei requisiti come sopra definiti.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici idonei.

Qualora il numero delle risposte pervenute in relazione alla presente indagine di mercato sia superiore a 5, l'Amministrazione si riserva di invitare tutti gli operatori economici ritenuti idonei, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

PROCEDURA DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'ESITO DELL' INDAGINE DI MERCATO

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla scadenza dei termini entro cui trasmettere le manifestazioni di interesse, provvederà a verificarne e valutarne il contenuto alla luce dei requisiti richiesti nel presente avviso esplorativo.

Si precisa infine che, ai sensi del Regolamento 679/2016 UE, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

ALLEGATI:

ALLEGATO A - FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. Approvvigionamenti
Dott.ssa Maria Rosa Digiovinazzo