

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 66 DEL D. LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI MANOMETRIA ANORETTALE ED ESOFAGEA
ALLO STATO SOLIDO AD ALTA RISOLUZIONE

La ASST di Vimercate pubblica il presente avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse al fine di indire una procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un sistema di manometria anorettale ed esofagea allo stato solido ad alta risoluzione occorrente alla ASST di Vimercate - Presidio di Carate Brianza, descritto in dettaglio all’art. 1.

Indirizzo stazione appaltante	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - (ASST) Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (MB)
Termine ultimo per la presentazione della manifestazione d’interesse	ore 12:00 del 16 novembre 2020
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	ore 12:00 del 9 novembre 2020
Termine ultimo per la risposta alle richieste di chiarimento	ore 15:00 del 11 novembre 2020
Responsabile Unico del Procedimento	Direttore U.O.C. Approvvigionamenti Dott.ssa Maria Rosa Digiovinazzo

Si ricorda che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato e che tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura; pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati a presentare la propria offerta.

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

1. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

L’ASST di Vimercate ha ravvisato la necessità di acquisire un sistema di manometria anorettale ed esofagea allo stato solido ad alta risoluzione che preveda il noleggio dell’apparecchiatura e la fornitura del relativo materiale di consumo. Ciascun concorrente nella futura procedura di gara (ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016) avrà la possibilità di offrire materiale di consumo monouso o pluriuso.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Sistema di manometria anorettale ed esofagea di ultima generazione prodotto con materiali di elevata qualità e robustezza.

Carrello dedicato con workstation dotata di PC, monitor di adeguate dimensioni e risoluzione, moduli hardware e software per esecuzione di esami di manometria esofagea ed anorettale ad elevata risoluzione.

Sistema per manometria esofagea e anorettale allo stato solido comprensivo di cateteri ad alta risoluzione con almeno 36 canali per l'esecuzione di esami per l'indagine esofagea e almeno 8 canali per l'esecuzione di esami per l'indagine anorettale.

I canali per la manometria devono possedere un alto numero di punti pressori di misurazione.

Il sistema proposto dovrà comprendere software di analisi e validazione secondo la classificazione di Chicago dei disturbi esofagei.

Sarà valutata positivamente la possibilità di eseguire manometria anorettale 3D

Materiale di consumo:

- sonde per l'esecuzione di indagini esofagee: circa 500 esami
- sonde per esecuzione di indagini anorettali, inclusi palloncini di misurazione: circa 1.000 esami.

B. GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURA (REQUISITI MINIMALI)

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la vigenza contrattuale a decorrere dal collaudo con esito positivo, garanzia contro difetti di fabbricazione, assistenza tecnica e manutenzione full risk (comprensiva anche di materiale soggetto ad usura e di consumo, parti di ricambio, accessori, costo per il personale tecnico e spese di viaggio) di tutto quanto fornito, delle apparecchiature, strumenti e degli accessori. L'assistenza dovrà coprire tutti i difetti di costruzione e i guasti dovuti all'utilizzo e agli eventi accidentali non riconducibili direttamente a dolo degli operatori.

C. GARANZIA SONDE

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad assicurare la piena funzionalità dei sistemi oggetto del presente appalto, garantendo il numero di esami individuati. Pertanto, qualora durante il periodo contrattuale il ciclo di vita delle sonde esofagee e anorettali dovesse terminare, a qualsiasi titolo, prima del raggiungimento del numero presunto di esami garantito dal costruttore delle stesse, l'aggiudicatario dovrà provvedere senza alcuna interruzione di sorta, alla loro sostituzione senza oneri aggiuntivi.

D. CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

E' da intendersi esplicita la clausola di equivalenza ai sensi dell'art. 68 del D.lgs 50/2016.

Ed invero, affinché un operatore economico partecipante alla procedura selettiva possa avvalersi della clausola di equivalenza di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i al fine di poter validamente formulare una offerta non esattamente rispondente alle specifiche della lex specialis, ma ciò nonostante idonea ad assicurare alla stazione appaltante le prestazioni richieste, è necessario che nell'offerta tecnica della procedura ex art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. n. 50/2016 alla quale il concorrente sarà eventualmente invitato venga fornita la prova che la prestazione o il bene ivi proposti abbiano caratteristiche equivalenti a quelle oggetto di gara.

2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto a base di asta per la durata di 60 mesi è di € 180.000,00 iva esclusa così suddiviso:

base d'asta apparecchiatura: € 30.000,00 iva esclusa

base d'asta materiale di consumo: € 150.000,00 iva esclusa

facoltà di riscatto da parte della ASST al termine del noleggio ad € 100,00

Numero di esami stimati nel periodo di 60 mesi:

- n.500 esami di manometria esofagea
- n.1.000 esami di manometria anorettale

L'ASST si riserva altresì di interrompere anticipatamente il contratto qualora l'apparecchiatura venga sostituita o in caso di aggiudicazione di equivalente gara ARIA.

3. MODALITÀ DI ADESIONE

Gli Operatori Economici, interessati all'avviso e/o che intendano manifestare interesse alla partecipazione alla successiva eventuale procedura di gara dovranno trasmettere entro il termine perentorio indicato nella tabella iniziale la seguente documentazione a mezzo pec all'indirizzo: gare@pec.asst-vimercate.it con oggetto "**Risposta alla manifestazione di interesse - Sistema di manometria anoretale ed esofagea**":

- Breve presentazione della società con elenco delle principali forniture effettuate a favore di strutture sanitarie pubbliche o private, negli ultimi 3 anni, relative ad apparecchiature con caratteristiche tecnico-funzionali analoghe a quelle richieste nel presente appalto
- Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e di ogni altra situazione che determini esclusione dalle gare di appalto e/ o incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Dichiarazione di essere iscritto alla Piattaforma Telematica Sintel e qualificato per l'ASST Vimercate per la categoria CPV 33100000-1 Apparecchiature mediche. Cod ATECO C26.6

Si precisa che in assenza di registrazione e qualificazione sulla Piattaforma Sintel comporta l'impossibilità per la ASST Vimercate di trasmettere la lettera di invito all'eventuale procedura negoziata che dovesse seguire la presente manifestazione di interesse.

4. CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Saranno esclusi dell'eventuale procedura di gara che si potrebbe originare a seguito della presente manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

5. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

L'affidamento avverrà mediante procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che la partecipazione a detta indagine **non determina** aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la ASST nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione di quanto necessario al servizio oggetto della presente indagine è subordinata ad apposita procedura che sarà eventualmente espletata dalla ASST di Vimercate ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.

L'ASST di Vimercate si riserva di interrompere, sospendere o revocare l'indagine di mercato, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

La partecipazione all'indagine non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679).

6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che dovranno essere presentati e trasmessi alla stazione appaltante **ESCLUSIVAMENTE** per mezzo dei e mail all'indirizzo gare@pec.asst-vimercate.it e recare la seguente dicitura: "**Quesiti alla manifestazione interesse - Sistema di manometria anoretale ed esofagea**".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, sito della ASST di Vimercate <http://www.asst-vimercate.it/web/> nella sezione "Servizi al Cittadino_Ammministrazione Trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti_Avviso di preinformazione" della presente procedura.

A tal fine è onere del concorrente tenere costantemente monitorati i siti sopra indicati.

7. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Saranno invitati a presentare offerta, ove esistenti, almeno cinque operatori economici, tra quelli che avranno manifestato interesse risultati idonei in ragione dei requisiti come sopra definiti.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici idonei.

Qualora il numero delle risposte pervenute in relazione alla presente indagine di mercato sia superiore a 5, l'Amministrazione si riserva di invitare tutti gli operatori economici ritenuti idonei, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

8. IPOTESI DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguite. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. In particolare l'ASST si avvarrà della clausola di recesso qualora, nel corso della validità del contratto, l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti attiverà la Convenzione avente ad oggetto le forniture previste dalla presente procedura.