



Gara europea a procedura aperta, in forma aggregata ex art. 60 del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della fornitura di Materiale di consumo per Apparecchiature, per le necessità dell'ASST della Brianza, in unione di acquisto con la ASST di Lecco, la ASST Monza e la ASST di Pavia, della durata di anni 4, con opzione di rinnovo di anni 2.

ID Sintel 158616906

Verbale di gara n. 2
Valutazione delle offerte tecniche (Prima seduta riservata).

Il giorno 03 novembre 2022, alle ore 11:30 presso l'Ufficio del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica (Provveditorato - Economato) del P.O. di Vimercate in via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 Vimercate (MB)- in seduta riservata si è riunita la Commissione Giudicatrice composta da:

- Presidente: Dr. Marco Ruocco, Direttore della S.C. Farmacia dell'ASST della Brianza;
- Componente: Ing. Daniela Motta, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica dell'ASST della Brianza;
- Componente: Dr.ssa Ilaria Aiello, Dirigente Farmacista del P.O. di Vimercate;

per effettuare la valutazione, sulla scorta dei criteri stabiliti all'art. 16.1 del Disciplinare di gara, delle offerte tecniche pervenute da parte dei seguenti operatori economici ammessi al prosieguo di gara:

LOTTO	OFFERENTE	OFFERENTE
1	Carlo Bianchi Srl	
2	Lotto deserto	
3	Draeger Italia Spa	
4	Zimmer Biomet Italia Srl	Mida Tecnologia Medica Spa
5	Burke & Burke Spa	Vyair Srl
6	Burke & Burke Spa	
7	Mida Tecnologia Medica Spa	
8	Olympus Italia Srl	Nextmed Srl
9	Olympus Italia Srl	
10	Olympus Italia Srl	
11	Fiab Spa	
12	Stryker Italia Srl	Fiab Spa
13	Zoll Medical Italia Srl	Fiab Spa
14	Storz Medical Italia Srl	
15	Pentax Italia Srl	
16	Lotto deserto	
17	Medtronic Italia Spa	
18	Masimo Europe Ltd	
19	Fiab Spa	

Il Presidente della Commissione, inizialmente, da lettura del Disciplinare di gara richiamando e riportando a Verbale quanto segue:

- la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

- il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei "Punteggi discrezionali", (vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione



Giudicatrice):

TUTTI I LOTTI AD ECCEZIONE DEL N. 17 e 18				
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	CARATTERISTICHE TECNICHE	Caratteristiche tecniche dei dispositivi offerti, in termini di materiali, forma, dimensioni ecc.	20	35
		Rispondenza alle caratteristiche richieste anche con riferimento alla gamma ed eventuali caratteristiche aggiuntive	15	
2	CARATTERISTICHE FUNZIONALI	Caratteristiche funzionali dei dispositivi offerti, in relazione alla destinazione d'uso in Azienda.	20	35
		Efficacia del dispositivo offerto e sicurezza. Caratteristiche aggiuntive.	15	
	TOTALE		70	70

LOTTE 17 E 18			
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Caratteristiche dei saturimetri con particolare riferimento a versatilità per uso portatile / banco, qualità e resistenza dei materiali, peso, capacità di memorizzazione dati, display e parametri, numero e durata batterie.	10	70
3	Alta adesività e stabilità del sensore in situ.	15	
5	Assenza di residui sulla cute dopo la rimozione.	15	
6	Modalità di confezionamento (identificazione chiara del prodotto e delle apparecchiature su cui il prodotto deve essere utilizzato).	5	
2	Corretto funzionamento durante le misurazioni di saturazioni difficili quali situazioni in movimento, ipoperfusione, tremore, bassa saturazione supportata da documentazione specifica.	10	
4	Buona conformabilità al paziente e tollerabilità (assenza di arrossamento ed irritazione dopo la rimozione).	15	
	Totale	70	70

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento, pari a **40**. A ciascuno degli elementi della tabella suindicata, cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore. Per l'attribuzione di tali coefficienti la Commissione applicherà la seguente griglia:

Valutazione	Coefficiente
Non valutabile	0
Gravemente Insufficiente	0,1
Insufficiente	0,2
Lievemente insufficiente	0,4
Sufficiente	0,5
Più che sufficiente	0,6
Discreto	0,7



Buono	0,8
Distinto	0,9
Ottimo	1

La Commissione Giudicatrice procede pertanto all'apertura delle buste tecniche di ogni concorrente per verificarne il contenuto in conformità a quanto espressamente richiesto nel disciplinare di gara art. 14 "Contenuto della busta telematica - offerta tecnica "e precisamente:

1. Offerta tecnica senza prezzi con indicazione di tutti i codici di Repertorio/Banca Dati DM;
2. Schede tecnico – illustrative dei prodotti offerti, in lingua italiana;
3. (Nel caso vengano offerti dispositivi valutati "equivalenti" agli originali) apposita dichiarazione, firmata digitalmente (pena esclusione), che attesti la compatibilità reciproca dei DM e l'equivalenza del dispositivo offerto con quello originale come previsto dal Regolamento 2017/745 del 05 aprile 2017; la compatibilità reciproca dei DM e l'equivalenza del dispositivo offerto con quello originale dovrà essere riportata sull'etichetta e/o sulle istruzioni d'uso come indicato nell'allegato I, capo III, art. 23 del Regolamento 2017/745 del 5 aprile 2017;
4. Relazione tecnica, in lingua italiana, digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nella quale devono essere espressamente indicati:
 - a) tutti gli elementi necessari ed indispensabili idonei a comprovare la perfetta corrispondenza alle caratteristiche tecniche minimali, come indicato nel Capitolato Speciale;
 - b) tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei requisiti tecnici **seguendo la traccia della griglia di valutazione di ciascun lotto** per cui si intende concorrere, come riportata al successivo art. 16.1;
5. Certificazioni norme UNI relative al sistema di qualità attenente ai requisiti specifici dei dispositivi medici);
6. Certificazione di conformità alla normativa vigente rilasciata dal produttore;
7. Eventuali altre certificazioni di qualità;
8. Indicazione del referente unico per la gara (nominativo, telefono, fax e mail). (caricare una volta sola per tutti i lotti di partecipazione);
9. Ogni altro dato o documento ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa delle offerte.

La Commissione giudicatrice durante i lavori di verifica del contenuto delle buste tecniche dei lotti 4-5 e 8 di ciascun concorrente riscontra, per il lotto 5 la necessità di produzione della seguente documentazione:

Lotto	Operatore economico	Documentazione tecnica
5	Burke & Burke Spa	Dichiarazione conformità in corso di validità

La Commissione dichiara conclusa l'odierna seduta alle ore 13:45 e fissa un'ulteriore seduta riservata il giorno 08 novembre p.v., per la valutazione delle offerte tecniche, disponendo l'invio del presente verbale al R.U.P. per i suoi seguiti di competenza.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in numero 4 (quattro) pagine totali che, previa lettura, condivisione e conferma, è sottoscritto come segue:



Presidente: F.to Dr. Marco Ruocco

Componente: F.to Ing. Daniela Motta

Componente: F.to Dr. ssa Ilaria Aiello

Documento originale firmato in atti.

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.