



Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura in service, della durata di 48 mesi (con opzione di rinnovo per massimo ulteriori 24 mesi), di laser a diodi per chirurgia e proctologia e relativo materiale di consumo da destinare alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. di Carate Brianza – Lotto 3.

Procedura: ID Sintel 165024230

VERBALE DI GARA n. 3
Prima seduta della Commissione Giudicatrice
(seduta riservata)

PRESENTI

- Dr. Massimiliano Casati
- Dr.ssa Letizia Laface
- Ing. Giuseppina Giovanna Grillo

ORDINE DEL GIORNO: apertura buste tecniche delle offerte Biolitec italia, N.T.S. srl, Uber Ros spa.

Il giorno 21 aprile 2023 alle ore 15.00 iniziano i lavori della Commissione Giudicatrice, riunita in seduta riservata. Sono state condivise le valutazioni dei componenti in merito alla documentazione tecnica fornita dalle ditte concorrente.

La Commissione apre la documentazione ricevuta e confronta con quanto descritto all'interno del disciplinare di gara.

La documentazione tecnica relativa all'offerta della ditta Uber Ros spa risulta non congrua in quanto non rispetta quanto descritto nell'allegato alla documentazione di gara, allegato n. 3 Capitolato Speciale punto 2.2: *“fornitura di fibre/kit monouso sterili dedicati al trattamento di emorroidi, fistole, seno pilonidale, etc. per circa 150 interventi /anno:*

- *fibra ad emissione radiale, con misure indicative: diametro core 500µm e diametro esterno di 1850 µm con cappuccio in quarzo*
- *proctoscopio fenestrato*
- *setone cavo per l'introduzione della fistola”*

Per tal motivo la Commissione esclude dalle successive fasi previste la ditta Uber Ros spa.



La commissione chiede inoltre un chiarimento, data la documentazione tecnica, dell'offerta proposta da N.T.S srl relativo al materiale monouso fornito e, ove possibile, di integrare la documentazione inviata con relativi studi scientifici inerenti all'applicazione proctologica.

La commissione in accordo con il reparto propone le date per la prova pratica obbligatoria il 16/19 Maggio e 23/26 Maggio da sottoporre alle ditte Biolitec Italia e N.T.S. srl.

La commissione si riserva di esprimere la valutazione completa a prova pratica obbligatoria conclusa e avente esito positivo.

La commissione chiede inoltre un chiarimento alla ditta N.T.S srl relativo al materiale monouso fornito e, ove possibile, di integrare la documentazione inviata con relativi studi scientifici inerenti all'applicazione proctologica.

La Commissione Giudicatrice alle ore 16:30 conclude la seduta e dispone la trasmissione del presente verbale al RUP per i seguiti di competenza.

Il presente verbale è redatto in numero 2 (due) pagine totali e, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

- Presidente: Dr Massimiliano Casati – _____

- Componente: Dr.ssa Letizia Laface – _____

- Componente: Ing. Giuseppina Giovanna Grillo – _____

Documento originale firmato in atti.

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93