

Impresa		BIOLITEC ITALIA SRL					
Requisiti- caratteristiche valutate	Punteggio max	Coefficiente attribuito da ciascun Commissario			Media	Motivazioni	
		1	2	3			
1	CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI (es. applicazioni, impostazioni e regolazioni)	12	1	1	1	1,00	L'apparecchiatura offerta ricopre a pieno quanto descritto nel Capitolato. Inoltre sono state aggiunte, come miglioria in offerta, le fibre ottiche avente punta conica necessarie per il trattamento della malattia emorroidaria.
2	SISTEMI DI CONTROLLO E SICUREZZA	11	1	1	1	1,00	Offerta congrua a Capitolato. Sistema completo di lettura automatica della fibra. Acustica ottimale.
3	CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE DI CONSUMO	12	1	1	1	1,00	L'offerta proposta prevede sia fibre a punta conica sia lineare, il ch� facilita le attivit�, con l'eventuale possibilit� di renderle ambulatoriali.
4	EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLA PRATICA CLINICA	15	1	1	1	1,00	I pazienti trattati durante la prova pratica obbligatoria non hanno avuto complicanze. Hanno ripreso le loro attivit� giornaliere a fine trattamento. La tecnologia permette una rapida ripresa senza sanguinamenti in fase postuma al trattamento.
5	ERGONOMIA DEL SISTEMA NELLA GESTIONE IN SALA E NELLA PRATICA CLINICA	15	1	1	1	1,00	L'apparecchiatura si presenta maneggevole, con ridotte dimensioni, non ha bisogno di un carrello dedicato in maniera esclusiva, risulta leggera e maneggevole. La leggerezza e la facilit� d'uso sono fattori molto importanti, ci� pu� permettere al personale Medico dedicato di lavorare su pi� pazienti consecutivi. Le fibre dedicate sono monouso. Le dimensioni ridotte rendono l'apparecchiatura adatta anche all'uso ambulatoriale, facilitando le procedure.
6	ASSISTENZA TECNICA (tempistiche fornitura di muletto, riduzione tempi di intervento, ecc)	5	1	1	1	1,00	Conforme a quanto richiesto in capitolato. Si sottolinea la fornitura di apparecchi sostitutivi avente medesimo modello qualora il guasto si protragga oltre i 2 (due) giorni lavorativi dal verificarsi del malfunzionamento.
	TOTALE	70					

Coefficiente	Valutazione
0	Non valutabile
0,1	Gravemente Insufficiente
0,2	Insufficiente
0,4	Lievemente insufficiente
0,5	Sufficiente
0,6	Pi� che sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Distinto
1	Ottimo

Data:

Commissione giudicatrice:

Presidente: Dr. Massimiliano Casati

Componente: Dr.ssa Letizia Laface

Componente: Ing. Giuseppina Giovanna Grillo

Documento originale firmato in atti.

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.

Lgs. n. 39/93

Impresa		NEW TECHNOLOGIES SUPPLIES SRL					
	Requisiti- caratteristiche valutate	Punteggio max	Coefficiente attribuito da ciascun Commissario			Media	Motivazioni
			1	2	3		
1	CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI (es. applicazioni, impostazioni e regolazioni)	12	0,7	0,7	0,7	0,70	La fornitura è conforme a quanto descritto in capitolato. Le fibre ottiche avente punta conica sono escluse dalla fornitura. Laser chirurgico proposto sfrutta una tecnologia a diodi, presente sul mercato e ormai standardizzata. Dimensioni e peso non trascurabili, necessità di un carrello dedicato, ingombro da tenere conto in caso di attività ambulatoriale.
2	SISTEMI DI CONTROLLO E SICUREZZA	11	0,5	0,5	0,5	0,50	L'offerta è conforme a capitolato. L'emissione sonora dello stato del laser è risultata durante la prova pratica molto debole per l'ambiente di Sala Operatoria, ciò rende difficoltose le attività legate al personale Medico dedicato.
3	CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE DI CONSUMO	12	0,7	0,7	0,7	0,70	La fornitura viene considerata conforme a quanto descritto in capitolato. Viene sottolineato che le fibre ottiche offerte sono costituite in vetro, mentre in capitolato vengono richieste in quarzo. La commissione accetta l'offerta poiché può essere considerato materiale equivalente, anche se il quarzo ha delle caratteristiche piezoelettriche che il vetro non possiede.
4	EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLA PRATICA CLINICA	15	1	1	1	1,00	I pazienti trattati durante la prova pratica obbligatoria non hanno avuto complicanze. Hanno ripreso le loro attività giornaliere a fine trattamento. La tecnologia permette una rapida ripresa senza sanguinamenti in fase postuma al trattamento.
5	ERGONOMIA DEL SISTEMA NELLA GESTIONE IN SALA E NELLA PRATICA CLINICA	15	0,8	0,8	0,8	0,80	L'apparecchiatura offerta deve essere necessariamente carrellata. In aspetto ambulatoriale deve necessariamente essere previsto l'ingombro.
6	ASSISTENZA TECNICA (tempistiche fornitura di muletto, riduzione tempi di intervento, ecc)	5	0,9	0,9	0,9	0,90	Conforme a quanto descritto in Capitolato.
	TOTALE	70					

Coefficiente	Valutazione
0	Non valutabile
0,1	Gravemente Insufficiente
0,2	Insufficiente
0,4	Lievemente insufficiente
0,5	Sufficiente
0,6	Più che sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Distinto
1	Ottimo

Data:

Commissione giudicatrice:

Presidente: Dr. Massimiliano Casati

Componente: Dr.ssa Letizia Laface

Componente: Ing. Giuseppina Giovanna Grillo

Documento originale firmato in atti.

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93

Caratteristiche qualitative		Totali	Attribuzione del punteggio	Media coefficienti		riparametrizzazione		Punteggio		
				BIOLITEC ITALIA SRL	NEW TECHNOLOGI SRL	BIOLITEC ITALIA SRL	NEW TECHNOLOGI SRL	BIOLITEC ITALIA SRL	NEW TECHNOLOGI SRL	
1	CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI (es. applicazioni, impostazioni e regolazioni)	12	Discrezionale	1,00	0,70	1,00	0,70	12,00	8,40	
2	SISTEMI DI CONTROLLO E SICUREZZA	11	Discrezionale	1,00	0,50	1,00	0,50	11,00	5,50	
3	CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE DI CONSUMO	12	Discrezionale	1,00	0,70	1,00	0,70	12,00	8,40	
4	EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLA PRATICA CLINICA	15	Discrezionale	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	
5	ERGONOMIA DEL SISTEMA NELLA GESTIONE IN SALA E NELLA PRATICA CLINICA	15	Discrezionale	1,00	0,80	1,00	0,80	15,00	12,00	
6	ASSISTENZA TECNICA (tempistiche fornitura di muletto, riduzione tempi di intervento, ecc)	5	Discrezionale	1,00	0,90	1,00	0,90	5,00	4,50	
TOTALE		70						70,00	53,80	

70	53,8
----	------

Data:

Commissione giudicatrice:

Presidente: Dr. Massimiliano Casati

Componente: Dr.ssa Letizia Laface

Componente: Ing. Giuseppina Giovanna Grillo

Documento originale firmato in atti.

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93