



**Procedura di gara aperta aggregata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di Sistemi analitici per Esami di Coagulazione, occorrenti alla ASST della Brianza per le esigenze dell'Ospedale Pio XI di Desio (capofila) e alla ASST di Melegnano e Martesana (mandante).**

**Durata: 72 mesi con opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga di 12 mesi**

**CIG: 9889104AC6 - ID SINTEL N. 170776988**

**Verbale di gara n. 5**

**ESAME COMMISSIONE GIUDICATRICE (seduta riservata)**

Il giorno 17/11/2023, alle ore 11:00 si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

Presidente: Dr.ssa Rosanna Falbo

Componente: Dr.ssa Silvia Besana

Componente: Ing. Eduardo Tarallo

Richiamati:

- il verbale di gara n. 1 del 3 agosto 2023 di apertura della Documentazione amministrativa (seduta pubblica);
- il verbale di gara n. 2 del 21 settembre 2023 di apertura delle Offerte Tecniche (seduta pubblica);
- il verbale di gara n. 3 del 31 ottobre 2023 (prima riunione della Commissione giudicatrice)
- il verbale di gara n. 4 del 09 novembre 2023 (seconda riunione della Commissione giudicatrice)
- gli atti di gara della procedura in oggetto, con particolare riferimento a:
  - Capitolato Speciale di gara, che indica all'art. 3.1 le caratteristiche minime indispensabili, a pena di esclusione, per ciascun lotto;
  - Disciplinare di gara, che indica all'art. 16.1 i criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, con i relativi punteggi previsti per ciascun lotto

la Commissione completa e termina in data odierna la valutazione della documentazione per l'assegnazione dei punteggi da attribuire alle ditte concorrenti:

- DASIT S.p.a

- SIEMENS Healthcare S.r.l.

secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara.

In questa terza seduta riservata la Commissione ha preso in considerazione gli elementi previsti all'Art. 3.2 del Capitolato Speciale, "Ulteriori caratteristiche oggetto di valutazione tecnico-qualitativa (secondo i criteri indicati al punto 16.1 del Disciplinare di gara)"

In questo incontro sono stati presi in considerazione gli elementi tabellari e così valutati:

Procedura di gara aperta aggregata, da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di Sistemi analitici per Esami di Coagulazione, occorrenti alla ASST della Brianza per le esigenze dell'Ospedale Pio XI di Desio (capofila) e alla ASST di Melegnano e Martesana (mandante)			Offerta Tecnica DASIT S.P.A.	Offerta Tecnica SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
N.	CRITERI TABELLARI Caratteristica Oggetto di Valutazione	max punti	Punteggio attribuito	Punteggio attribuito
2	Numero di aghi di cui sono dotati gli strumenti destinati all'esecuzione della routine in numero almeno di 2. Indicare il loro modo di operare nel lavaggio e nella decontaminazione (1 ago: punti = 0; 2 o più aghi: punti = 2)	2	2	2
3	Possibilità di rilevazione tappo provetta primaria così da permettere caricamento misto sullo stesso rack. Presenza di sensore di crash sull'ago campionatore (SI entrambe = punti 3, una sola = punti 1, nessuno = punti 0)	3	3	3
7	Posizioni refrigerate per i reagenti al di sotto dei 12° 5-8°C = 3 punti; 9-12°C = 2 punti; 13-16°C = 1 punto)	3	2	2
8	Possibilità di memorizzare più curve di calibrazione per ogni parametro e fino a 10 lotti (SI = punti 1, NO = punti 0)	1	1	1
9	Associazione automatica della calibrazione dei reagenti a bordo. Approvazione con o senza intervento operatore (Senza intervento operatore = punti 3, Con intervento operatore = punti 0)	3	0	3
10	Possibilità di utilizzo di diverse lunghezze d'onda (Fino a 3 lunghezze d'onda = punti 1, oltre 3 lunghezze d'onda = punti 2)	2	2	2
11	Utilizzo cuvette di misura singole per riduzione volume rifiuti da smaltire (SI = punti 3, NO = punti 0)	3	3	3
12	Monitoraggio della stabilità e dei volumi dei reagenti a bordo con indicazione del numero di test residui. Caricamento di più flaconi dello stesso reattivo con possibilità di modificarne la priorità di impiego. (SI = punti 2; NO = punti 0)	2	2	2
13	Rilevazione sul campione intero della presenza di interferenti quali emolisi, ittero e lipemia; in caso di allarme per interferente, restituzione del dato su lunghezza d'onda secondaria adeguata al singolo interferente. (SI = punti 2, NO = punti 0)	2	2	2
15	Segnalazione campioni fuori range con possibilità di riesecuzione automatica del test e definizione di regole multiple da parte dell'operatore senza ricaricamento del campione (SI = punti 2, NO = punti 0)	2	2	2
16	PT: reagente di origine umana estrattiva da placenta (SI = punti 3, NO = punti 0)	3	0	3
17	PT: Tromboplastina con ISI certificato secondo la procedura WHO/ISTH da laboratori di riferimento: a) ISI = 1 ± 03: punti 3 b) ISI = 1 ± 05: punti 2 c) ISI = 1 ± 06: punti 1	3	0	3
18	APTT: Disponibilità di un reattivo con attivatore acido ellagico. (Assente = punti 0, 1 sola tipologia = punti 1, più tipologie = punti 3)	3	3	3
19	Antitrombina III (AT3). Disponibilità di dosaggio alternativo basato sulla inibizione della trombina (anti-IIa) in caso di pazienti in terapia con NOA. Metodo insensibile al Fattore Eparinico II (SI = punti 1, NO = punti 0)	1	1	1
20	Fibrinogeno: reagente formulato in modo tale da escludere interferenze dovute ai NOA (SI = punti 1, NO = punti 0)	1	1	1
21	D-Dimero: linearità > 4000 ng/ml FEU e > 10000 ng/ml FEU con unica diluizione automatizzata (reflex test). (SI = punti 2, NO = punti 0)	2	2	2
22	Test D-Dimero: presenza di reagente bloccante anticorpi eterofili (Presente = 2 punti, non presente o non specificato punti = 0)	2	2	2
23	APC-R (Resistenza alla Proteina C attivata): possibilità di fornire due metodi con test APTT-derivato (con prediluizione in plasma carente di FV atto all'identificazione della mutazione FV Leiden e senza prediluizione con lo stesso). (SI = punti 1; NO = punti 0)	1	1	1
24	Proteina C attivata: disponibilità di dosaggio con metodo coagulativo (SI = punti 1, NO = punti 0)	1	1	1



25	Proteina S: Disponibilità di dosaggio con metodo coagulativo (SI = punti 1, NO = punti 0)	1	1	1
26	Reagenti conformi alla normativa IVDR (Tutti = 3 punti, almeno 1 non IVDR = 2 punti, almeno 2 reagenti non IVDR = 1 punto, più di 3 reagenti non IVDR = 0 punti)	3	0	3
27	Smaltimento liquidi reflui come rifiuti biologici non contaminati (SI = punti 2, NO = punti 0)	2	2	2
28	Controlli di parte terza valutati sulla base del numero di Aziende Sanitarie Pubbliche utilizzatrici (SI = punti 1, NO = punti 0)	1	0	1
<b>TOTALE PUNTI</b>		<b>47</b>	<b>33</b>	<b>46</b>

Sono stati successivamente calcolati i punteggi totali:

Procedura di gara aperta aggregata, da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di <b>Sistemi analitici per Esami di Coagulazione</b> , occorrenti alla ASST della Brianza per le esigenze dell'Ospedale Pio XI di Desio (capofila) e alla ASST di Melegnano e Martesana (mandante)		<b>Offerta Tecnica DASIT S.P.A.</b>	<b>Offerta Tecnica SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.</b>
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</b>	<b>max punti</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>TABELLARI</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>46</b>
<b>DISCREZIONALI</b>	<b>23</b>	<b>21,9</b>	<b>23</b>
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>54,9</b>	<b>69</b>

Conformemente a quanto previsto al punto 16.3 del Disciplinare di gara, il dettaglio della valutazione tecnica riparametrata è riepilogato come segue:

Procedura di gara aperta aggregata, da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di <b>Sistemi analitici per Esami di Coagulazione</b> , occorrenti alla ASST della Brianza per le esigenze dell'Ospedale Pio XI di Desio (capofila) e alla ASST di Melegnano e Martesana (mandante)		<b>Offerta Tecnica DASIT S.P.A.</b>	<b>Offerta Tecnica SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.</b>
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</b>	<b>max punti</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>TABELLARI</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>46</b>
<b>DISCREZIONALI</b>	<b>23</b>	<b>21,9</b>	<b>23</b>
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>54,9</b>	<b>69</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>55,70</b>	<b>70,00</b>

La Commissione attesta che entrambe le Ditte concorrenti hanno conseguito un punteggio tecnico superiore alla soglia minima di sbarramento, prevista al punto 16 del Disciplinare di gara in punti 35, nessuna è pertanto esclusa dalla successiva fase di valutazione delle Offerte Economiche.

Si concludono così i lavori in seduta riservata della Commissione. I verbali e le griglie di valutazione vengono inviati al RUP per i seguiti di competenza.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in numero 04 pagine totali che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:



Presidente:	Dr.ssa Rosanna Falbo	firmato digitalmente
Componente:	Dr.ssa Silvia Besana	firmato digitalmente
Componente:	Ing. Eduardo Tarallo	firmato digitalmente

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000, del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005) e norme collegate*

Documento originale firmato in atti. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93.